

## 仕 様 書

- 1 件 名 特別養護老人ホーム陽光苑  
介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT機器の購入
- 2 納品場所 社会福祉法人陽光会 特別養護老人ホーム陽光苑  
住所 千葉県松戸市旭町2-238
- 3 納品期限 令和7年5月30日(金)
- 4 内 容 センサー付き低床3モーターベッドおよび通信ソフト  
1. 数量 ベッド 50台 通信ソフト 1枚

< 1 > センサー付低床型電動ベッドは以下の要件を満たすこと。

○センサー付低床3モーターベッド

- 1-1 医療施設向けベッドであること。
- 1-2 ベッドの外形寸法は、全長 2110～2130 mm、全幅 950～980 mm の範囲内であること。
- 1-3 最低床高は 258 mm 以下、最高床高 603 mm 以上であること。
- 1-4 フレーム本体のスチールは、防錆処理としてエポキシ系粉体塗装であること。
- 1-5 ベッドサイドにサイドレール取付孔が片側 5 個以上あり、サイドレールがベッドの中央部にも取付けできる構造であること。
- 1-6 背上げ・脚上げ・ハイローが 3 モーターの電動式で、手元スイッチにより各動作の個別・同時操作が可能であること。
- 1-7 床板は、衛生面の観点からも抗菌剤入り PP 樹脂製であり、取り外しができる洗浄できること。
- 1-8 ボトムは、背・腰・腿・脚の 5 部分以上の分割可動式であり、全ての床板に通気孔を有するものであること。
- 1-9 ボトムはギャッチアップの際、腹部への圧迫感の軽減を図るため、なめらかな曲線を構成すると判断される構造であること。
- 1-10 ヘッドボード・フットボードは着脱が可能で、外れ防止ストッパー付きであること。
- 1-11 ヘッドボード・フットボードは、木製で、強度があり、まわりの調度品に色調をあわせること。

- 1-12 キャスターは耐久性に優れた双輪キャスターであり J I S の T - 9 2 0 5 に基づく試験に耐えていること。
- 1-13 キャスターは 1 0 0 mm 以上の双輪キャスターであること。
- 1-14 キャスターロックについては、4 か所のロックで完全ロックになること。
- 1-15 モーター・手元スイッチは、故障時の対策として簡単に取り外し・交換が可能であること。
- 1-16 ベッドフレーム内に 4 つのセンサーを内蔵し、5 つの通知モード「動き出し」・「起上り」・「端座位」・「離床」・「離床管理」の内、任意のタイミングでナースコールへ発報可能な通知機能を備えること。
- 1-17 「動き出し」・「起上り」・「端座位」での設定時には通常通知に加えて、離床時に再度通知を行う安全機能を有すること。
- 1-18 通知を中断可能な一時停止機能を有し、一定時間経過か利用者がベッドに戻ったタイミングで自動的に一時停止から見守りモードに再開する機能を有すること。
- 1-19 センサー用手元スイッチには液晶画面を装備し、画面に操作ガイドが表示される構造にて看護職員が簡単に設定・操作が可能であること。
- 1-20 センサーは重量検知タイプで、見守り機能に加え体重情報を収集可能とし、利用者着床時に自動的に体重データを収集して日平均値を表示可能な機能を有すること。

参考商品 フランスベッド社製 FB-035 L-3・B30 M2 Wi-Fi

または、同等品（同等品の場合は、本仕様書を満たす物品であること）

5 支払方法 履行後一括払い（納品・検品後 3 週間以内）

- 6 その他
- (1) 見積書を提出する場合は、見積金額の総額に搬入設置等に係る費用も含めること
  - (2) 見積書のあて先は社会福祉法人愛生会とすること
  - (3) 同等品を入札する際は、4月21日までに、カタログ・製品説明図等を社会福祉法人陽光会に提出すること  
社会福祉法人陽光会は速やかに同等品として問題ないかの判断を行うものとする

7 担当者 社会福祉法人陽光会 特別養護老人ホーム陽光苑  
総務課長 岡島 孝久  
電話 047-348-1866